

Nettoyage et désinfection de bas niveau de l'équipement médical



FICHE SYNTHÈSE POR

Ce que la POR dit...

Les équipes s'assurent que l'équipement médical fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection de bas niveau afin de réduire au minimum la contamination croisée et d'atténuer le risque de transmission d'infections nosocomiales.

Ce que la POR exige

Respect des 5 tests de conformité suivants :

1. Les équipes suivent la procédure de l'établissement pour le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical.
2. Les équipes coordonnent les étapes pour s'assurer que l'équipement médical fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection bas niveau de façon efficace.
3. Les équipes utilisent des équipements et des fournitures de nettoyage et de désinfection de bas niveau appropriés dans une zone appropriée.
4. Les équipes participent à l'éducation et à la formation continues sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical.
5. Les équipes participent à des activités visant à améliorer le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical, dans le cadre du plan d'amélioration de la qualité de la prévention et du contrôle des infections de l'établissement.

Ce qui est fait dans notre CISSS

Le service de prévention et contrôle des infections (PCI) a élaboré une [procédure](#) pour encadrer le nettoyage et la désinfection de bas niveau des petits équipements médicaux, une toute nouvelle POR pour cette visite d'Agrément. Nous comptons sur l'aide des gestionnaires pour transmettre l'information aux différentes équipes.

Des audits de conformité seront également effectués entre pairs dans les différents services ainsi que par les conseillères en PCI. Un tableau de bord cumulant les résultats sera disponible sous peu sur la page intranet du service de PCI. Le gestionnaire devra s'assurer de transmettre les résultats des audits de conformité à ses équipes respectives et élaborer un plan d'amélioration selon la situation. Une communication à cet effet vous sera acheminée prochainement. Restez à l'affût !

Personnels visés

Tous les membres du personnel et les médecins susceptibles de manipuler des petits équipements médicaux.

Nettoyage et désinfection de bas niveau de l'équipement médical

Formation

Le CISSS des Laurentides offre une **formation ENA 15625** sur le nettoyage et la désinfection des petits équipements médicaux d'une durée de 20 minutes. Celle-ci est **obligatoire** pour tous les employés qui manipulent des petits équipements médicaux et doit être renouvelée **tous les deux ans**.

En résumé pour être conforme

- ⇒ Les gestionnaires diffusent la procédure de nettoyage et désinfection de bas niveau des petits équipements médicaux à leurs équipes.
- ⇒ Les membres des équipes connaissent leurs rôles et responsabilités et effectuent le nettoyage et la désinfection des équipements selon la procédure.
- ⇒ Les employés utilisent les bons produits et effectuent le nettoyage et la désinfection au bon endroit, selon la procédure.
- ⇒ Les employés suivent la formation sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau des petits équipements médicaux tous les 2 ans.
- ⇒ Le gestionnaire diffuse les résultats des audits (lorsque disponibles) et élabore un plan d'amélioration lorsque requis.

Page intranet

Consultez la [page intranet de prévention et contrôle des infections](#) pour en savoir plus !

Document de référence

Consultez la [procédure](#) sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau des petits équipements médicaux.



Des exemples d'équipements :

- ⇒ Stéthoscope
- ⇒ Appareil à signes vitaux
- ⇒ Glucomètre
- ⇒ Pompe volumétrique
- ⇒ Marchette
- ⇒ Chaise d'aisance
- ⇒ Tige à soluté, etc.